



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowcu**

ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec  
[www.zoz.szydlowiec.pl](http://www.zoz.szydlowiec.pl)  
REGON: 670129870, NIP: 7991725818  
tel. 48 617 03 00, fax 48 617 09 80, e-mail info@zoz.szydlowiec.pl

Szydłowiec 07.03.2022 r.

SPZZOZ.DIGiTM.341/2/2022

**OFERENCI WSZYSCY**

W związku z prowadzonym postępowaniem na „Dostawę z montażem i kalibracją panela cyfrowego DR (detektora) do aparatu RTG Aero DR X60 nr fab. 040075 użytkowanego w pracowni RTG Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu znak sprawy: DIGiTM 341/2/2022 wpłynęły zapytania.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania i udzielone odpowiedzi:

***Pytanie nr 1:***

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie poprzez brak otworów w obudowie na wymienną baterię. Każdy detektor posiadający wymienną baterię ma przeznaczone na nią miejsce. Można je różnie nazywać ale zawsze będzie to pewnego rodzaju otwór. Z związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie co Państwo mają na myśli w punkcie 3, załącznika nr 6 do SWZ.

***Odpowiedź:***

Detektor zasilany wymiennymi bateriami i posiadający miejsce przeznaczone na ich umieszczenie nie otrzyma dodatkowych punktów. Jedynie detektor z wbudowanym kondensatorem służącym do zasilania detektora i nie posiadającym żadnych otworów na wymienne baterie otrzyma punkty w tym kryterium.