



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowcu**  
ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec  
[www.zoz.szydlowiec.pl](http://www.zoz.szydlowiec.pl)  
REGON: 670129870, NIP: 7991725818  
tel. 48 617 03 00, fax 48 617 09 80, e-mail info@zoz.szydlowiec.pl

Szydłowiec 07.04.2022 r.

SPZZOZ.DIGiTM.341/3/1/2022

## **OFERENCI WSZYSCY**

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę odczynników i probówek, dzierżawa czytnika do moczu, dzierżawa koagulometru dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, znak sprawy: DIGiTM 341/3/2022 wpłynęły zapytania.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania i udzielone odpowiedzi:

### ***Pytanie nr 1:***

Dotyczy: załącznika 6B- koagulologia

Czy zamawiający dopuści do wyceny analizator który posiada oprogramowanie w języku angielskim?

### ***Odpowiedź:***

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oprogramowanie w języku angielskim.

### ***Pytanie nr 2:***

Dotyczy Załącznika nr 6b (koagulologia):

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w języku angielskim, ale ze szczegółowymi wyjaśnieniami w instrukcji polskiej i gruntownym przeszkoleniem?

### ***Odpowiedź:***

Nie, Zamawiający nie dopuści oprogramowanie w języku angielskim, ale ze szczegółowymi wyjaśnieniami w instrukcji polskiej i gruntownym przeszkoleniem.

### ***Pytanie nr 3:***

Dotyczy Załącznika nr 6b (koagulologia):

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości analizator koagulologiczny, który ma wbudowane wszystkie aplikacje i nie ma konieczności wprowadzenia aplikacji odczynnikowej za pomocą kodów kreskowych?

### ***Odpowiedź:***

Nie, Zamawiający nie dopuści.

### ***Pytanie nr 4:***

Dotyczy Załącznika nr 6b (koagulologia):

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT liofilizowany (2 ml), ale stabilny na pokładzie analizatora 7 dni, a w temperaturze lodówki 15 dni?

### ***Odpowiedź:***

Tak, Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT liofilizowany (2 ml), ale stabilny na pokładzie analizatora 7 dni, a w temperaturze lodówki 15 dni.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Załącznika nr 6b (koagulologia):

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT ciekły (4 ml), stabilny na pokładzie analizatora 10 dni, a w temperaturze lodówki 4 tygodnie?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT ciekły (4 ml), stabilny na pokładzie analizatora 10 dni, a w temperaturze lodówki 4 tygodnie.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Załącznika nr 6b (koagulologia):

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania PT liofilizowany (4 ml), stabilny na pokładzie analizatora 5 dni, w temperaturze lodówki 6 dni i mrożony przez 2 miesiące?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści odczynnik do oznaczania PT liofilizowany (4 ml), stabilny na pokładzie analizatora 5 dni, w temperaturze lodówki 6 dni i mrożony przez 2 miesiące.

**Pytanie nr 7:**

**SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 8:**

**Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ:**

**Dotyczy §1 ust. 3**

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie zmieni zapisu.

**Pytanie nr 9:**

**Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ:**

**Dotyczy §2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania

listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie zmieni zapisu.

**Pytanie nr 10:**

**Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ:**

**Dotyczy §2 ust.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o telefonicznym składaniu zamówień

*W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, może prowadzić do nieporozumień. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśli zapis o telefonicznym składaniu Zamówień. Wprowadzi natomiast zapis o składaniu zamówień emailem.

**Pytanie nr 11:**

**Dotyczy - Grupa 5 pozycja 2-5**

Prosimy o dopuszczenie pipet jednokanałowych stało pojemnościowych z autoklawowalnym trzonem o pojemnościach: poz. 2 – do 100 µl, poz. 3 – do 200 µl, poz. 4 – do 500 µl, poz. 5 – do 1000 µl.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12:**

**Dotyczy - Grupa 5 pozycja 11**

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nie przekładanych bibułką.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13:**

**Dotyczy - Grupa 5 pozycja 12**

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na mazaki do pisania po szkło cienko czy grubo piszące?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na mazaki do pisania po szkło standardowe.

**Pytanie nr 14:**

**Dotyczy - Grupa 5 pozycja 12**

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na mazaki o jakości nie gorszej niż pisaki Sharpie?

***Odpowiedź:***

Tak, Zamawiający oczekuje złożenia oferty na mazaki o jakości nie gorszej niż pisaki Sharpie.

***Pytanie nr 15:***

**Dotyczy - Grupa 4 i 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych odczynników dla produktów niespełniających kryteriów klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie, tak jak wyroby z grupy 4 i 5.

***Odpowiedź:***

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych odczynników dla produktów niespełniających kryteriów klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie, tak jak wyroby z grupy 4 i 5.

***Pytanie nr 16:***

**Dotyczy terminu składania ofert**

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

***Pytanie nr 17:***

Dot. Załącznika nr 6 pozycja nr 6.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynnika do Wapnia konfekcjonowanego w opakowaniach po 12x20 ml z których można wykonać 1090 oznaczeń?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu na ilości jaką wymaga.

***Pytanie nr 18:***

Dot. Umowy sprzedaży

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wprowadza takich zapisów.

***Pytanie nr 19:***

Dot. Umowy sprzedaży

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

**Uzasadnienie:**

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

***Odpowiedź:***

Zamawiający w § 8 dodaje pkt. c o następującym brzmieniu: wysokość kary umownej naliczana będzie od wartości netto.

***Pytanie nr 20:***

Dot. Umowy sprzedaży

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

***Odpowiedź:***

Zamawiający w projekcie umowy przewiduje możliwość zmiany wymagań wraz ze zmianą stawki VAT.

***Pytanie nr 21:***

Dot. Umowy sprzedaży

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

***Odpowiedź:***

Zamawiający w projekcie umowy przewiduje możliwość zmiany wymagań wraz ze zmianą stawki VAT.

***Pytanie nr 22:***

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy postanowienia, iż dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

***Odpowiedź:***

Taką zmianę Zamawiający przewidział w projekcie umowy §6 pkt. 9.

***Z poważaniem***