



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowcu**

ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec

[www.zoz.szydlowiec.pl](http://www.zoz.szydlowiec.pl)

REGON: 670129870, NIP: 7991725818

tel. 48 617 03 00, fax 48 617 09 80, e-mail info@zoz.szydlowiec.pl

Szydłowiec 08.04.2022 r.

SPZZOZ.DIGiTM.341/3/2/2022

**OFERENCI WSZYSCY**

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę odczynników i probówek, dzierżawa czytnika do moczu, dzierżawa koagulometru dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, znak sprawy: DIGiTM 341/3/2022 wpłynęły zapytania.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania i udzielone odpowiedzi:

***Pytanie nr 23:***

Dotyczące Grupy 3 – dzierżawa aparatu + odczynniki do badań koagulologicznych:

1. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące załącznika nr 6b, wymagania do odczynników, punkt 1):

Czy Zamawiający dopuści, aby odczynnik do PT z pozycji nr 1 w tabeli był odczynnikiem ciekłym, gotowym do użycia, max wielkość fiołki 4 ml, ISI i średni czas prawidłowy wyznaczony przez producenta odczynników na analizator oferowany w dzierżawę, natomiast odczynnik do PT z pozycji nr 2 w tabeli był odczynnikiem liofilizowanym, max. wielkość fiołki 5 ml, ISI i średni czas prawidłowy wyznaczony przez producenta odczynników na analizator oferowany w dzierżawę?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuści, aby odczynnik do PT z pozycji nr 1 w tabeli był odczynnikiem ciekłym, gotowym do użycia, max wielkość fiołki 4 ml, ISI i średni czas prawidłowy wyznaczony przez producenta odczynników na analizator oferowany w dzierżawę, natomiast odczynnik do PT z pozycji nr 2 w tabeli był odczynnikiem liofilizowanym, max. wielkość fiołki 5 ml, ISI i średni czas prawidłowy wyznaczony przez producenta odczynników na analizator oferowany w dzierżawę.

***Z poważaniem***