



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Szydłowcu**

ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec

www.zoz.szydlowiec.pl

REGON: 670129870, NIP: 7991725818

tel. 48 617 03 00, fax 48 617 09 80, e-mail info@zoz.szydlowiec.pl

Szydłowiec 07.05.2022 r.

SPZZOZ.DIGiTM.341/4/1/2022

OFERENCI WSZYSCY

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę ambulansu ratunkowego „B” szt. 1 wraz ze sprzętem medycznym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, znak sprawy: DIGiTM 341/4/2022 wpłynęły zapytania.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dotyczy załącznik nr 6 - pkt. 13 - czy Zamawiający wymaga butli tlenowych 10 l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2:

Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odpowiedź:

Przeglądy okresowe zabudowy medycznej, wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznik nr 6 - pkt. 16 - prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu, aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź:

Radiotelefon Motorola typ DM – 4601E

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznik nr 6 - pkt. 12 - prosimy o dopuszczenie ampularium za roletą, a nie w formie szafki, co stanowi integralną część zabudowy.

Odpowiedź:

tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Dotyczy załącznik nr 6 - deski ortopedycznej - prosimy o podanie marki i modelu deski jaka będzie przewożona w ambulansie aby przygotować odpowiednie mocowanie.

Odpowiedź:

Deska jest firmy INNEX TECHNOLOGIES – w załączeniu zdjęcie deski.

Pytanie nr 6:

Czy Wykonawca ma przygotować uchwyt pod pompę infuzyjną? Jeśli tak - proszę podać markę i model.

Odpowiedź:

Nie, Wykonawca nie przygotowuje uchwyty pod pompę infuzyjną.

Pytanie nr 7:

Czy Wykonawca ma przygotować uchwyt pod respirator? Jeśli tak - proszę podać markę i model.

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca ma przygotować uchwyt pod respirator. Respirator Medumat Standard producent Weinmann.

Pytanie nr 8:

W opisie deski ortopedycznej prawdopodobnie wkradł się błąd związany z ładowarką akumulatorów do defibrylatora. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy Wykonawca ma dostarczyć ładowarkę z akumulatorami - jeśli tak to do jakiego defibrylatora, czy tylko deskę.

Odpowiedź:

Tak, winno być, że Zamawiający dostarczy deskę ortopedyczną.

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie marki i modelu ssaka do jakiego Zamawiający dostarczy wieszak.

Odpowiedź:

Ssak OB 10WB.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie marki i modelu noszy podbierających aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź:

Nosze podbierające Meber typ 630.

Zmianie ulega zapis w zał. nr 6 Sprzęt medyczny pkt 6, oraz w załączniku 6a pkt. 3.

W załączniku nr 6 Sprzęt medyczny pkt. 6 winno być: „Zamawiający dostarczy deskę ortopedyczną”, zaś w załączniku 6a pkt 3 powinno być: „Ładowanie akumulatorów za pomocą ładowarki dwustanowiskowej – montowane w karetce. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ładowarkę.”

Pytanie nr 11:

Dotyczy ambulansu

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy posiadających zamiast zagłówka wydłużającego leże noszy , zagłówek z przygięciem i odgięciem głowy co poprawia komfort transportu pacjentów w starszym wieku w przypadku przygięcia zagłówka oraz zwiększa drożność i ułatwia intubacje w przypadku odgięcia zagłówka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści noszy o parametrach wskazanych w pytaniu nr 11.

Pytanie nr 12:

Dotyczy ambulansu

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy nie posiadających zamontowanych gumowych odbojników na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze.

Zapis ten nie poprawia funkcjonalności noszy a ma za zadanie wyeliminowanie konkurencyjności w postępowaniu ponieważ tylko jeden producent posiada taki element i jest to firma Stryker.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Dotyczy ambulansu

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy posiadających owalny przekrój ramy noszy i większe dopuszczalne obciążenie noszy /do 250kg/.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nosze, których rama noszy została wykonana z profilu okrągłego.

Pytanie nr 14:

Dotyczy ambulansu

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania dedykowanych dodatkowych zestawów pasów lub uprząży służący do transportu małych dzieci, potwierdzonych dokumentem przez producenta noszy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentu przez producenta, ale wymaga poświadczenia, że jest dopuszczone do zastosowania z danym modelem noszy służących do transportu.

Pytanie nr 15:

Dotyczy ambulansu

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności transportera bez dodatkowego uchylnego uchwytu transportera ułatwiającego manewrowanie z możliwością odblokowania goleni. Zapis ten nie poprawia funkcjonalności noszy a ma za zadanie wyeliminowanie konkurencyjności w postępowaniu ponieważ tylko jeden producent posiada taki element i jest to firma Stryker.

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dla noszy w SIWZ – załącznik 6a. Oczekuje zaoferowania ww. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 16:

Dotyczy ambulansu

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności transportera posiadającego owalny przekrój ramy transportera i większe dopuszczalne obciążenie transportera /do 270kg/.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nosze, których rama noszy została wykonana z profilu okrągłego.

Pytanie nr 17:

Dotyczy defibrylatora

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności innego niż opisanego w SWIZ systemu ładowania akumulatorów do defibrylatora. Zamawiający opisuje system oparty na zewnętrznej ładowarce, w której ładowane są akumulatory do defibrylatora. Nasze rozwiązanie systemu ładowania oparte jest na zasilaniu defibrylatora po przez uchwyt kartkowy który podłączony jest do instalacji 12V. To rozwiązanie pozwala na utrzymanie defibrylatora w ciągłej gotowości do pracy po przez doładowywanie akumulatora defibrylatora zaraz po wpięciu w uchwyt karetkowy, eliminuje to również potrzebę posiadania kilku akumulatorów, które potrzebne są w systemie opartym na zewnętrznej ładowarce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności system ładowania oparty na zasilaniu defibrylatora poprzez uchwyt karetkowy, który podłączony jest do instalacji 12V.

Pytanie nr 18:

Dotyczy defibrylatora

Ze względu na możliwość dostarczenia różnego typu akumulatorów prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści urządzenie bez widocznej na akumulatorach informacja o pozostałym czasie pracy podanym w godzinach lub minutach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie bez widocznej na akumulatorach informacji o pozostałym czasie pracy.

Pytanie nr 19:

Dotyczy defibrylatora

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności innego niż opisanego w SWIZ systemu wspomagania resuscytacji który zamiast manometru reanimacyjnego z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, posiada funkcję wspomagania resuscytacji krążeniowo- oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej – sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnień klatki piersiowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczy defibrylatora

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego „automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta” prosimy o wyjaśnienie, czy opisana funkcja ma być stosowana przez defibrylator przy defibrylacji przez łyżki twarde?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga automatycznej regulacji parametrów.

Pytanie nr 21:

Dotyczy defibrylatora

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego dostarczenia defibrylatora z funkcją stymulacji prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia zapewniającego szerokoczasową (40 ms) falę impulsu stymulacyjnego, która jest co najmniej równoważna do opisanej technologii, a cechuje się innymi parametrami pracy: Wybór natężenia prądu w zakresie 0-140 mA. Urządzenie pracujące w technologii stymulacji 40ms, który jest skuteczniejszy niż impuls 20ms lub 5 ms jakie są stosowane przez innych producentów defibrylatorów, przy jednoczesnym zaoferowaniu szerszego zakresu 30 – 180 imp./min. oferuje szersze możliwości terapeutyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie zapewniające szerokoczasową (40ms) falę impulsu stymulacyjnego, która jest równoważna do opisanej technologii, a cechuje się innymi parametrami pracy, tj.: Wybór natężenia prądu w zakresie 0 – 140 mA, przy jednoczesnym zaoferowaniu zakresu 30 – 180 imp./min.

Pytanie nr 22:

Dotyczy defibrylatora

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji: „Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG” prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostępność odczytu diagnostycznego

badania 12 odpr. na ekranie defibrylatora zarówno w czasie rzeczywistym jak i po wykonaniu badania (z archiwum)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie nr 23:

Dotyczy defibrylatora

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji: „automatyczna interpretacja i diagnoza 12- odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta.” prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostępność analizy i interpretacji na ekranie defibrylatora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie nr 24:

Dotyczy defibrylatora

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji: „...wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,5 do 4 cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia”, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o szerszym niż opisany przez zamawiającego zakresie: 0,125 – 4 mV z dodatkową funkcją automatycznej zmiany wzmocnienia EKG na 6-ciu poziomach, co znacznie ułatwia pracę personelu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25:

Dotyczy defibrylatora

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylator posiadający ekran kolorowy o przekątnej 6,5” przy jednoczesnych większych możliwościach zmiany widoku ekranu urządzenia zarówno w trybie automatycznym (zmiana widoku ekranu na predefiniowane ustawienia po włączeniu najważniejszych funkcji) lub ręcznej możliwości wyboru trybu pracy ekranu, łącznie z trybem pracy nocnej lub w wysokim nasłonecznieniu. Dzięki możliwościom konfiguracyjnym urządzenie jest bardziej uniwersalne niż inne na rynku z większym ekranem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26:

Dotyczy defibrylatora

Czy Zamawiający dopuści Transmisję danych przez wbudowany modem WiFi zamiast transmisji przez zewnętrzny lub wbudowany modem 4G

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza transmisję danych przez wbudowany modem WiFi.